



## 手術中 出火???

—西日本防災システム

2016 06 01

手術中に患者に着火???? 何????

**NBS**  
**119**

2016年4月東京医科大学病院の手術室で、手術中の患者に掛けられていた布に火がつき、患者が大やけどを負う事故があったそうです。発火時、レーザーメスを使用していて、警視庁は業務上過失傷害容疑で医師から事情を聴くなど捜査を進めているそうです。

事件は、4月15日午前10時半頃、同病院5階の手術室で、産科・婦人科の医師が30代の女性患者の手術を行っていたところ、女性に掛けていた手術用の布に着火しました。医師は生理食塩水で消し止めましたが、この女性は腕や足などにやけどを負ったそうです。この女性は重傷で6月1日現在も入院中のようです。

手術で医師は、レーザーメスを使用していたようです。レーザーメスと出火との直接的な因果関係は判明していないようですが、同署は医師による誤使用や機器の不具合などを視野に入れて原因の解明を進めているそうです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 